



表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市红十字会
拟采购产品名称	除颤仪 (AED)
拟采购产品金额	720000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目
采购项目所属项目金额	1800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 进口品牌 AED 自动除颤仪生产研发较早, 在全世界范围抢救工作中已经发挥了巨大的效力, 其他产品也不断的根据临床使用情况进行研发更新, 其稳定性及效果较有保障。除颤是心肺复苏中不可少的环节, 要求执行除颤器能在发放最小的能量下保证除颤的效果, 增加除颤成功率, 同时极大减低电击对心肌细胞的损伤, 保证病人的后续治疗效果。目前国内设备不能完全满足上述要求, 故申请允许进口产品参与投标。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p>除颤是心肺复苏中重要的环节, 确保除颤的稳定性及效果非常重要, 国内设备起步较晚, 设备在国外的起步较早, 国内设备在稳定性方面较进口设备稍差, 成功率不高, 为保证病人的安全, 建议采购进口设备。</p> <p style="text-align: right;">专家签字: 王英明</p>	
2021年 7 月 19 日	

表 3


政府采购进口产品专家论证意见	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市红十字会
拟采购产品名称	除颤仪 (AED)
拟采购产品金额	720000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目
采购项目所属项目金额	1800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 进口品牌 AED 自动除颤仪生产研发较早, 在全世界范围抢救工作中已经发挥了巨大的效力, 其他产品也不断的根据临床使用情况进行研发更新, 其稳定性及效果较有保障。除颤是心肺复苏中不可少的环节, 要求执行除颤器能在发放最小的能量下保证除颤的效果, 增加除颤成功率, 同时极大减低电击对心肌细胞的损伤, 保证病人的后续治疗效果。目前国内设备不能完全满足上述要求, 故申请允许进口产品参与投标。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p>郑州市红十字会拟采购的除颤仪 (AED) 作为智慧服务终端设备用于公共场所使用, 对设备的稳定性、耐用性有极高要求; 因目前国内同类产品研发生产历史较短, 产品与进口产品相比无法完全满足要求。建议采购进口产品。专家签字: </p>	
2021年 7 月 19 日	



表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市红十字会
拟采购产品名称	除颤仪 (AED)
拟采购产品金额	720000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目
采购项目所属项目金额	1800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 进口品牌 AED 自动除颤仪生产研发较早, 在全世界范围抢救工作中已经发挥了巨大的效力, 其他产品也不断的根据临床使用情况进行研发更新, 其稳定性及效果较有保障。除颤是心肺复苏中不可少的环节, 要求执行除颤器能在发放最小的能量下保证除颤的效果, 增加除颤成功率, 同时极大减低电击对心肌细胞的损伤, 保证病人的后续治疗效果。目前国内设备不能完全满足上述要求, 故申请允许进口产品参与投标。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p>该设备在国外生产研发已有十几年的历史, 而国内同样设备生产研发仅只有两三年时间, 其稳定性不及进口设备。建议购买进口设备。</p> <p style="text-align: right;">专家签字: 梁晨</p> <p style="text-align: right;">2021 年 7 月 19 日</p>	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市红十字会
拟采购产品名称	除颤仪 (AED)
拟采购产品金额	720000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目
采购项目所属项目金额	1800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 进口品牌 AED 自动除颤仪生产研发较早, 在全世界范围抢救工作中已经发挥了巨大的效力, 其他产品也不断的根据临床使用情况进行研发更新, 其稳定性及效果较有保障。除颤是心肺复苏中不可少的环节, 要求执行除颤器能在发放最小的能量下保证除颤的效果, 增加除颤成功率, 同时极大减低电击对心肌细胞的损伤, 保证病人的后续治疗效果。目前国内设备不能完全满足上述要求, 故申请允许进口产品参与投标。	
<b>三、专家论证意见</b>	
此次采购的设备关系到人员生命大事, 国产设备只有两、三年的生产经历, 国外已有十多年的生产历史, 本着对生命负责的态度建议采购进口产品。	
专家签字: 白六界	
2021 年 7 月 19 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	郑州市红十字会
拟采购产品名称	除颤仪 (AED)
拟采购产品金额	720000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目
采购项目所属项目金额	1800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 进口品牌 AED 自动除颤仪生产研发较早, 在全世界范围抢救工作中已经发挥了巨大的效力, 其他产品也不断的根据临床使用情况进行研发更新, 其稳定性及效果较有保障。除颤是心肺复苏中不可少的环节, 要求执行除颤器能在发放最小的能量下保证除颤的效果, 增加除颤成功率, 同时极大减低电击对心肌细胞的损伤, 保证病人的后续治疗效果。目前国内设备不能完全满足上述要求, 故申请允许进口产品参与投标。	
<b>三、专家论证意见</b>	
<p>郑州市红十字会智慧服务终端设备采购项目符合《政府采购法》有关规定, 在国内的设备采购不能完全满足治疗效果, 为保证医疗效果, 建议采购进口品牌产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字: 李俊峰</p> <p style="text-align: right;">2021年 7 月 19 日</p>	